



Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22, тел./факс: +7 (495) 959-28-96

www.nacmedpalata.ru; e-mail: org@nnpmp.ru; mail@doctor-roshal.ru

« 07 » февраля 2019 г.

исх. № 12/1

Проект опубликован на портале Regulation.gov.ru 23.01.19

<https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=87848>

**Первому заместителю Министра
здравоохранения Российской Федерации
Т.В.Яковлевой**

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения направляем Вам замечания и предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых диагностических исследований».

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа совместно с разработчиком и представителями НМП.

Приложение на 4 л.

С уважением,

**Президент
Союза «Национальная Медицинская Палата»**

В а ч

Л.М. Рошал

Замечания и предложения экспертов Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых диагностических исследований»

Положение проекта, требующее изменений	Обоснование необходимых изменений	Предложение по новому тексту проекта
<p>пункт 2. Ультразвуковые диагностические исследования проводятся с целью: диагностики; своевременного выявления социально значимых и наиболее распространенных заболеваний внутренних органов; выявления скрытых форм заболеваний.</p>	<p>Необосновано включение в текст положения о наиболее распространенных заболеваниях внутренних органов (а менее распространенные и почему только внутренние органы, а мягкие ткани, сосуды и т.д. Первостепенное значение ультразвуковое исследование имеет в выявлении патологии беременности).</p>	<p>2. Ультразвуковые диагностические исследования проводятся с целью: диагностики заболеваний и аномалий внутренних и поверхностно расположенных органов, тканей и сосудов; выявления скрытых форм заболеваний; скринингового выявления патологии беременности, пороков развития и заболеваний плода.</p>
<p>Пункт 10</p>	<p>Вид направления на УЗИ должен быть единым и не зависеть от условий оказания помощи (амбулаторная помощь, стационар дневного пребывания или стационарная медицинская помощь)</p> <p>При направлении на УЗИ в условиях стационара запись (или сокращенный вариант НАПРАВЛЕНИЯ), которую оставляет лечащий врач в листе назначений должна так же содержать ключевые позиции отраженные в пункте 11 «Правил проведения ультразвуковых диагностических исследований».</p> <p>А именно:</p>	<p>«...при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара, стационарных условиях лечащий врач (фельдшер, акушерка) делает запись (разборчиво от руки или в печатном виде, заверяется личной подписью лечащего врача) в листе назначений и их выполнения, содержащемся в медицинской карте стационарного больного (далее – лист назначений), о виде необходимого ультразвукового диагностического исследования, указывает диагноз основного заболевания, дополнительные клинические сведения (основные симптомы,</p>

	<p>- диагноз основного заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;</p> <p>- дополнительные клинические сведения (основные симптомы, результаты проведенных лабораторных, инструментальных и иных видов исследований, описание медицинских вмешательств (манипуляций, операций)) вид необходимого ультразвукового диагностического исследования, анатомическая область или орган (органы), подлежащие обследованию и</p> <p>- <u>цель</u> назначаемого ультразвукового диагностического исследования</p>	<p>результаты проведенных лабораторных, инструментальных и иных видов исследований, описание медицинских вмешательств (манипуляций, операций)) и формулирует цель назначаемого ультразвукового диагностического исследования или, в случае направления в другую медицинскую организацию, оформляет Направление»;</p>
<p>Пункт 16</p> <p>Правила проведения УЗ-исследований</p>	<p>Не указано, каким образом в Протоколе УЗИ отображается наименование медицинской организации, выдавшей Направление.</p>	<p>Внести в протокол наименование направившей на исследование медицинской организации</p>
<p>Пункт 17</p> <p>К Протоколу прилагаются изображения (в том числе цифровые фотографии, видеофильмы на электронном носителе), полученные при</p>	<p>Не следует обязывать врача ультразвуковой диагностики в обязательном порядке прикладывать изображения в силу особенностей проведения исследования. В отличие от</p>	<p>17. К Протоколу при выявлении патологии, требующей динамического контроля или влияющего на тактику ведения больного, прилагаются изображения (в</p>

проведении ультразвукового диагностического исследования, которые распечатываются и (или) хранятся на любом носителе.	других методов визуализации УЗИ – это динамический и многопозиционный процесс. Норму приложить невозможно. Обосновано приложение изображений выявленной патологии при необходимости решения тактических вопросов ведения пациента и (или) для динамического наблюдения за течением выявленной патологии.	том числе цифровые фотографии, видеофильмы на электронном носителе), полученные при проведении ультразвукового диагностического исследования, которые распечатываются и (или) хранятся на любом носителе.
Пункт17 Предполагается обязательная выдача изображений пациенту	Учитывая затраты времени на перенос информации необходимо внести в перечень медицинских услуг нормы времени на данную процедуру.	Выдача изображения по запросу пациента
Приложение №1 Даны лишь правила организации деятельности кабинета УЗИ в целом.		Должны быть определены функциональные обязанности врача и медсестры кабинета.
Приложение №2 В рекомендуемые штатные нормативы кабинета УЗИ не внесены ставки младшего медицинского персонала.		В кабинетах УЗИ предполагается образование отходов «класс В», которые собираются и утилизируются обученным младшим медицинским персоналом.
Приложение №3 Приложение №6 в стандарте оснащения кабинета УЗИ предусмотрена обязательная система для стерилизации датчиков	Данная система при проведении транспищеводной эхокардиографии, для остальных исследований по ТУ данная стерилизация не предусмотрена. Обработка осуществляется дезинфицирующими средствами.	В приказе заменить «по требованию... Или при наличии транспищеводных датчиков»
Приложение №6 п №8	Обязательное наличие портативного аппарата	Не менее 1

Приложение №6 пункт 12	Специализированная кушетка предназначена для проведения высокотехнологических исследований.	По требованию
		Указать норму рабочего времени на 1,0 ставки
		Рабочее время с учетом профвредности
		Норматив на 1 исследование (какое время может врач затратить на исследование) с учетом органа, тканей, сосудов, так как затрачивается на разные виды исследования разное время, а запись электронная каждые 15-20 минут.